

Zabrze, 20.05.2022 r.

**Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022 pt.: **Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową oraz autosamplerem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34**

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust 1 pkt 5

**Uzasadnienie:**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy:


Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szczęśliwowska 30, 61-626 Poznań.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz minimalnymi parametrami zamówienia, Zamawiający wymagał, aby w Pompa będąca elementem zestawu posiadała „mechanizm płukania tłoków”.

Zaoferowana przez Wykonawcę w jego ofercie Pompa, nie posiada wymaganego przez Zamawiającego mechanizmu płukania tłoków

Wobec okoliczności, iż Wykonawca złożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia, Zamawiający był zobowiązany ofertę odrzucić.

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu, zatem Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy

**Dyrektor Centrum**

Prof. dr hab. Barbara Trzebicka

6/00/22