

Zabrze, 17.04.2013

Do wszystkich wykonawców postępowania sprawie:

Nr sprawy: PN/UZP/04/2013. Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Odpowiedzi za zapytania wykonawców:

Zadanie 6 poz. 1 i 2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dostawę kuwet z materiału o przepuszczalności światła w zakresie 190 - 2500 nm, odpowiednika materiału kuwet 100-QS-2 i 100-QS-10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Zadanie 6 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści dostawę kuwet z materiału o przepuszczalności światła w zakresie 250 – 3500 nm, odpowiednika materiału kuwet 100-QX-2 i 100-QX-10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor Instytutu


prof. dr hab. Andrzej Dworak