

Zabrze, 18.04.2013

**Do wszystkich wykonawców postępowania sprawie:**

*Nr sprawy: PN/UZP/04/2013. Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34*

**Odpowiedzi za zapytania wykonawców:**

**Zadanie 5 poz. 1**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łąp giętkich trójpalczastych, zaopatrzonych w złączkę, o średnicy rozwarcia 0-40mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Zadanie 5 poz. 6**

Proszę o podanie producenta zestawu filtracyjnego, z którego Zamawiający wymaga. Proszę także o podanie porowatości spieku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może podać nazwy producenta ze względu zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Porowatość spieku ma być taka, żeby można było zastosować sącdek o śr. porów 0,22 mikrometra.

Dyrektor Instytutu

  
prof. dr hab. Andrzej Dworak

*Nr sprawy: PN/UZP/04/2013. Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34*