



Zabrze, 4.06.2013

**Do wszystkich wykonawców postępowania sprawie:**

***Nr sprawy: PN/UZP/05/2013. Sukcesywne dostawy gazów sprężonych i ciekłych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34***

**Odpowiedzi za zapytania wykonawców:**

**Zadanie nr 3**

**Pytanie:**

Jakiej pojemności i ile jest zbiorników na ciekły azot posiada Zamawiający, kto jest właścicielem zbiorników oraz w jakiej lokalizacji będzie odbywało się napełnienie ciekłym azotem.

**Odpowiedź:**

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk posiada zbiorniki na ciekły azot: 180 l – 1 szt., 120 l – 2 szt., 60 l – 2 szt. oraz dewar o pojemności 160 l. Napełnianie ciekłym azotem odbywać się będzie na rampie przy budynku CMPW PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Andrzej Dworak