

**Do wszystkich wykonawców postępowania sprawie:**

**Nr sprawy: PN/UZP/06/2013. Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34**

**Odpowiedzi za zapytania wykonawców:**

**Zadanie nr 1**

**1. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o wadze 48 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma waga urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza pieca o wadze większej niż 30 kg. Masa pieca powinna być możliwie najmniejsza ponieważ piec będzie umieszczony na przenośnym stanowisku, które może udźwignąć maksymalnie 30 kg.

**2. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o wadze 51 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma waga urządzenia.

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza pieca o wadze większej niż 30 kg. Masa pieca powinna być możliwie najmniejsza ponieważ piec będzie umieszczony na przenośnym stanowisku, które może udźwignąć maksymalnie 30 kg.

**3. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści piec rurowy z możliwością zastosowania rury roboczej o średnicy 38, 50 oraz 75 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza piec z możliwością zastosowania rury roboczej w przedziale od 30 do 60 mm.

Dyrektor Instytutu  
  
prof. dr hab. Andrzej Dworak